



(a) 測定箇所

(b) 測定結果

測定箇所	測定線種(核種)	表面密度(Bq/cm ²)	測定器
①②	$\beta(\gamma)$	<2.7E-01	GM 表面汚染検査計 SB-337L
	⁶⁰ Co	<1.4E-01	γ 線波高分析装置 SEIKO EG&G 製 GEM Ge(Li)
	¹³⁷ Cs	<1.4E-01	γ 線波高分析装置 SEIKO EG&G 製 GEM Ge(Li)
①	³ H	<4.7E-01	液体シンチレーションカウンタ LSC-7200
②		<5.6E-01	

図5 測定箇所及び測定結果